

# 仕 様 書

1. 事業名称：社会福祉法人 天寿会 特別養護老人ホーム 寿幸園 特殊浴槽一式更新事業

2. 納入物品等：

- |                |    |
|----------------|----|
| ① 昇降浴槽         | 1台 |
| ② 電動昇降式ストレッチャー | 2台 |
| ③ 担架           | 2台 |
- ④ 機器の搬入、据付および調整等にかかる経費は納入業者の負担とする。
- ⑤ 機器の搬入、据付をする際には、建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
- ⑥ 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
- ⑦ 機器の取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
- ⑧ 現浴室に設置可能な商品であること
- ⑨ 機器は本仕様書に示した機能が全て発揮されるように施工し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については納入業者の負担において施工すること。
- ⑩ 設置稼働に係る全ての経費を含むこと、既存の特殊入浴装置の廃棄費用の全てを含むこと。
- ⑪ 納入後、1年以上の補償期間とすること

以下、仕様概要

1) 昇降浴槽に関して以下の要件を満たすこと。

- 1-1 浴槽の外寸は 2,648 mm(L)×1,300 mm(W)×850~1,300 mm(H)以内であること。
- 1-2 浴槽の内寸は 1,895 mm(L)×710 mm(W)×450 mm(D)以上であること。
- 1-3 実使用湯量が 495 ℓ以下(165 cm・60 kgを基準)で、省湯量であること。
- 1-4 入浴者の乗った担架は昇降せず、浴槽が昇降して入浴できること。
- 1-5 担架移動の際、前傾姿勢を和らげ介護労力を軽減できる形状となっていること。
- 1-6 自動給湯及び差し湯の高温給湯を停止する安全装置（46度~47度の間以上で停止の仕様）を内蔵していること。
- 1-7 浴槽内の湯温が高い場合（43度~45度間の仕様）、入浴が出来ないように安全装置を内蔵していること。
- 1-8 担架と浴槽の接触事故を防ぐため、入浴用担架が所定の位置にセットされなければ、浴槽が昇降しない安全装置を備えていること。
- 1-9 ストレッチャーが浴槽に正しくセットされたことを確認する「連結完了ランプ」を備えていること。
- 1-10 ハンドシャワーの湯温が高温（43度~45度間の仕様）にならないための安全装置が設置されていること。
- 1-11 デジタル表示パネルにて、入浴時間が表示されること。
- 1-12 給湯温度計と浴槽内温度計を搭載していること。
- 1-13 浴槽給湯時に、適正水位で給湯を自動停止させる機能を有していること。
- 1-14 入浴中の停電時、浴槽を下降できるように緊急浴槽下降の操作ができること。

2) 電動昇降式ストレッチャーに関して以下の要件を満たすこと。

- 2-1 外形寸法は、2,150 mm(L)×750 mm(W)×500~800 mm(H)以内であること。
- 2-2 介護者が洗身しやすい高さに調節できるよう、ハンドリモコンで昇降できること。
- 2-3 キャスターを一踏みで同時にロックする機能を備えていること。

3) 担架に関して以下の要件を満たすこと。

- 3-1 外形寸法は、2,150 mm(L)×700 mm(W)×555 mm(H)以内であること。
- 3-2 大柄な入浴者にも対応できるよう、担架面の幅は 580mm 以上であること。
- 3-3 汚れの溜まりやすいカバー裏側やフレームの日常的な清掃が可能であること。
- 3-4 手すりは左右独立に動かせること。
- 3-5 入浴者の脱落防止するサイドフェンスを備えていること。
- 3-6 浴槽に正常にセッティングしない限り、担架スライドレバーを引いてもストレッチャーから脱落しないこと。
- 3-7 担架本体は汚れやカビが付きにくい材質であること。
- 3-8 入浴者の体格に合わせて、枕の位置が調整できること。
- 3-9 大柄な入浴者にも対応できるよう、担架面の幅は 580mm 以上であること。
- 3-10 浴槽の昇降に伴い、自動リクライニングする機能を備えていること。

3. 納入期限： 令和 4 年 11 月 30 日（水曜日）迄

4. 納入場所： 特別養護老人ホーム寿幸園 浴室

5. 参加資格： 道内に本店又は支店等を有する事業者で納入後の保守、修繕対応が可能な事業者

6. その他： 入札参加者は以下の担当者と仕様等について事前に打ち合わせのうえ入札に参加すること  
仕様確認については入札全般を担当しているものに事前に確認をすること

7. 担当者及び連絡先

導入設備に関する事項 寿幸園 施設長 岩本 秀俊 TEL 0144-82-2929 FAX 0144-82-4860

入札全般に関する事項 事務次長 工藤 直樹 TEL 0144-87-2611 FAX 0144-87-2937

以 上